

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL k Eye Tracker brýlím

Technik:	
jméno a příjmení	
pracoviště	

Uživatel:	
jméno a příjmení	
katedra	
předpokládaný termín vrácení	

Technik předal dne uživateli kufřík s Eye Tracker brýlemi a dalším příslušenstvím uvedeným v tomto rozsahu:

Obsah kufříku:

Položka	Počet kusů	Vráceno ks
ET Brýle	1	
ET řídicí jednotka s baterií	1+1	
Baterie pro řídicí jednotku	3	
Nabíječka baterií řídicí jednotky s el. kabelem	2	
Rychlonabíječka jednotky ET s kabelem	1	
SD karta v obalu	3	
USB čtečka SD karet	1	
Vyměnitelný nos brýlí	1	
Čisticí hadřík	1	
Kalibrační jednotky samostatně	2	
El. koncovka k rychlonabíječce	1	
Kalibrační jednotka – 2 patro	10	
Dok nabíjení kalibračních jednotek	1	
Nabíječka doku kalibračních jednotek s el. kabelem	1	
Gumová krytka brýlí	1	
Lepicí kalibrační body	30	
Manuál	1	

Povinnosti technika:

- zkontrolovat obsah kufříku a zapsat obsažené položky a počty kusů výše do tabulky;
- zkontrolovat základní funkčnost řídicí jednotky brýlí;
- provést vizuální kontrolu jednotlivých položek na poškození;
- výše uvedené úkony provést při předání a také při přebírání kufříku zpět.

Povinnosti uživatele:

- účastnit se kontroly obsahu kufříku předávajícím;
- pečovat o svěřený předmět uvedený v tomto protokolu;
- dodržovat obecné zásady pro práci se svěřeným zařízením;
- pokud možno zabránit odcizení a poškození zařízení;
- vrátit zařízení ve smluveném termínu.

Svým podpisem uživatel stvrzuje, že ET brýle převzal funkční, nepoškozené, vč. veškerého vyjmenovaného příslušenství.

Technik:

Uživatel:

Vráceno dne:

Svým podpisem technik stvrzuje, že ET brýle převzal funkční, nepoškozené, vč. veškerého vyjmenovaného příslušenství.

Technik:

Uživatel:

Důležitá upozornění:

ET brýle a řídicí jednotka

- nezapínat řídicí jednotku bez předešlého propojení s brýlemi kabelem brýlí;
- baterii vloženou do jednotky vrátit nabitou.

SD karty

- vrátit vymazané (prázdné), nebo formátované (systém formátu libovolný, jednotka před použitím naformátuje).

Kalibrační jednotky

- minimálně dva kusy jednotek pro kalibraci (v horním patře kufříku) vrátit nabitě.

Kód kufříku

- nastaven na 000, neměnit.